



V AŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJTE LINKA
Vedkovna:4338

PRAHA
3.9.-2009

V Ě C
Poptávka - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka):

Invertovaný mikroskop pro tkáňové kultury s epifluorescenčním modulem

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36
Tyká se 1. lékařské fakulty
Adresa: Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je :
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kontaktní osobou zadavatele je:
pracoviště: Ústav dědičných metabol. poruch, 1.LF UK a VFN,
MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.; MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.



2. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Věcný rozsah

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka) je:
**Invertovaný mikroskop pro tkáňové kultury s epifluorescenčním modulem,
CPV: 38513100-5**

Invertovaný mikroskop zejména pro tkáňové kultury s možností pozorování ve fázovém kontrastu vybavený objektivy 10x, 20x a 40x a s modulem pro epifluorescenční pozorování ve standardních světelných pásmech DAPI/FITC/TRITC). Mikroskop musí mít možnost připojení digitálního zaznamovacího zařízení nezávislým portem. Mikroskop musí být vybaven posuvným ovladatelným stolem, na který jsou umístěné všechny standardně používané kultivační nádoby.

Přístroj by měl mít co nejlepší optické vlastnosti, měl by mít co největší míru hardwarové i softwarové kompatibility se stávajícím vybavením pracoviště (kamera vosskuhler CCD-1300 a software NIS elements verze 2.3 a vyšší).

Součástí plnění veřejné zakázky je i instalace předmětu plnění v místě plnění, otestování a odzkoušení předmětu plnění a zaškolení obsluhy.

2.2. Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **Kč 336 100,- bez DPH.**

2.3. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby vybrany uchazeč dokončil plnění veřejné zakázky do 2 měsíců od uzavření příslušné smlouvy. Závazek uchazeče (dodavatele) je splněn dodáním předmětu plnění, jeho instalací v místě plnění, jeho otestováním, odzkoušením a převzetím bezvadného plnění zadavatelem na základě Přijímacího a instalačního protokolu podepsaného zadavatelem a uchazečem (dodavatelem).

2.4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je:

**Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a VFN
128 08 Praha 2, Ke Karlovu 2 – oddělení B, budova D, 2. patro.**

2.5. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.
Nesplnění kterékoli minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče.

a) Platební podmínky

Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně.

Uhrada za předemět plnění veřejné zakázky bude uchazečem fakturována po řádném dodání předemět plnění, jeho instalaci v místě plnění, jeho otestování a odzkoušení a převezetí bezdradného plnění zadavatelem. Uhrada bude zadavatelem provedena na základě vybraným uchazečem vystaveného danového dokladu (faktury).

Splatnost faktury (danového dokladu) bude 30 dnů od jejího doručení zadavateli.

b) Smluvní pokuty

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální úrovně smluvních pokut za případná nedodržení smluvních závazků do návrhu smlouvy.

Název položky	Minimální hodnoty
Smluvní pokuta při nedodržení závazného termínu dokončení plnění (minimálně % z ceny předemětu plnění) za každý den prodloužení	0,2
Smluvní pokuta za prodloužení při odstranění záručních vad za každý den prodloužení	1.000,- Kč

c) Záruční doba

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální délky záruční doby do návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby 36 měsíců.

d) Servisní zajištění

Po dodání do laboratoře (místa plnění) musí být zajištěna instalace předemětu plnění, jeho otestování, odzkoušení a zaškolení obsluhy pracovníkem dodavatele. Pro dodané zařízení zajistí dodavatel servis a to tak, aby případná oprava v záruční i pozáruční době byla dodavatelem zahájena do 48 hodin a ukončena nejpozději do dvou týdnů od reklamace závady respektive od oznámení závady a vznesení požadavku na opravu.

Uchazeč prokáže tyto obchodní podmínky zadavatele zapracováním výše uvedených servisních podmínek do návrhu smlouvy.

2.6. *Návrh smlouvy*

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně všech příloh. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či jeho statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neuplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený **návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce**

3

bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

2.7. *Lhůta pro podání nabídek včetně adresy, na kterou mají být posílány*

Nabídky včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě je možno podávat osobně do podatelny Univerzity Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po-Čt od 08:00 hod do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 a Pá od 8:00 do 12:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě rovněž doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSC 121 08 a to nejpozději do: **14.9.2009, do 15:00 hodin** na výše uvedenou adresu zadavatele. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně a to v řádné a uzavřené obálce, označené „**Invertovaný mikroskop**“ a napsísem „**NEOTEVÍRAT**“.

2.8. *Lhůta pro vyhodnocení nabídek*

Lhůta pro vyhodnocení nabídek končí dnem: **23.9.2009**

3. **Požadavky na prokázání kvalifikace**

3.1. *Základní kvalifikační předpoklady*

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením.

3.2. *Profesní kvalifikační předpoklady*

Zadavatel požaduje, aby splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel takto:

a) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předemětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušně živnostenské oprávnění či licenci, popř. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku.

4. **Kritéria pro zadání veřejné zakázky**

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotičního kritéria ekonomické výhodnosti a následujících dílčích kritérií:

- | | |
|--|-----|
| a) Výše nabídkové ceny – váha | 50% |
| - váha | |
| b) Jakostní a funkční vlastnosti přístroje a snadnost obsluhy, | 40% |
| - váha | |
| c) Délka záruční doby a servisní podmínky – váha | 10% |

4

IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1,
Úřadem městské části, odborem živnostenským

Telefon: 224964338

Email: avaack@ft.cuni.cz
Fax: 224922356

IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1,
Úřadem městské části, odborem živnostenským

Telefon: 224964338

Email: avaack@ft.cuni.cz
Fax: 224922356

V rámci kritéria b) bude zvažováno kvalitativní splnění vlastností a parametrů vyjmenovaných v části 2.1. Předmět veřejné zakázky.


V rámci kritéria c) bude zvažována délka záruční doby a servisní podmínky prezentované dle požadavků v části 2.5. Obchodní podmínky odstavci d) Servisní zajištění.

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče (analogicky dle § 79 odst. 6 zákona).

5. Další podmínky veřejné zakázky

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
2. Uchazeči sami ponosou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
3. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky a zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
5. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně zasláno pouze vítěznému uchazeči, jeho elektronická verze bude uveřejněna na stránkách www.jfi1.cuni.cz, oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze