

**UNIVERZITA KARLOVA,
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
KATEŘINSKÁ 32, PRAHA 2**

Opatření děkana č. 27/2007,

kterým se vydává

Provozní řád

Společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyzologie

(dále v textu jen „laboratoř“)

Zpracoval: Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc., JUDr.Ivana Neužilová
Odpovídá: Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc.

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento provozní řád se vydává na základě čl. VIII, bod 3. Smlouvy o vytvoření a činnosti společné experimentální laboratoře srdeční elektrofyzologie, která byla uzavřena dne 18.9.2007 mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 1.lékařskou fakultou a Nemocnicí Na Homolce.
2. Pro potřeby 1.lékařské fakulty odpovídá děkanovi fakulty za chod laboratoře, organizuje a koordinuje činnosti laboratoře a metodicky jí vede Prof.MUDr.Otomar Kittnar,CSc., přednosta Fyziologického ústavu 1.LF, který však ve vztahu k laboratoři nemá povahu vedoucího ve smyslu čl. 24, odst. 3 a čl. 27 Statutu 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a § 11, odst. 4 zákoníku práce (dále v textu jen „přednosta“).
3. Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance fakulty a třetí osoby, které se jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu podílejí na práci laboratoře, vstupují do prostor laboratoře dále vymezených či vyvíjejí činnost, která s prací v laboratoři souvisí. O povinnosti třetích osob dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu informuje tyto osoby před jejich vstupem do prostor laboratoře přednosta nebo jím pověřený zaměstnanec.

II.

zrušen

III.

Podmínky provozu zdroje ionizujícího záření - RTG

1. Nakládat se zdrojem ionizujícího záření budou pouze zaměstnanci NNH.
2. Zaměstnanci 1.LF, kteří se budou podílet na práci laboratoře (radiční pracovníci), budou zařazeni do kategorie B. Tito zaměstnanci musí být prokazatelně proškoleni o riziku práce, musí být seznámeni s rizikem a s požadavky radiční ochrany (protokol o proměření neúčinného záření, provozní pokyny). Proškolení provede Nemocnice Na Homolce prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance.

opatření: platnost: 22.11.2007

účinnost: 22.11.2007

I.ÚZ: platnost: 3.3.2020

účinnost: 6.3.2020

3. Zaměstnanci se budou pohybovat cca 2,5 m od osy svazku (od stolu) a jsou povinni nosit při výkonu ochranné zástěry.
4. Každý výkon na zařízení je nutné evidovat a použití zdroje zaznamenávat za účelem hodnocení zátěže zaměstnanců. Jedná se o záznam celkového skiaskopického času a hodnoty DAP.
5. Dokumentaci o zdrojích ionizujícího záření a vztah s orgánem státní správy (SÚJB) zajišťuje Nemocnice Na Homolce.

IV.

zrušen

V.

zrušen

VI.

zrušen

VII.

zrušen

VIII.

Povinnosti zaměstnanců a třetích osob

Zaměstnanci a třetí osoby, zejména zaměstnanci Nemocnice Na Homolce, uvedení v čl. IV tohoto řádu, jsou zejména povinni:

- provádět v laboratoři jen přikázané práce, s nimiž jsou obeznámeni
- důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy
- neprodleně oznámit přednostovi jakoukoliv závadu, která by se mohla stát příčinou vzniku požáru nebo úrazu či jiné škody
- dbát náležitě opatrnosti a předcházet úrazům či vzniku jiné škody
- před nástupem do práce a během výkonu práce nepožívat alkoholické nápoje anebo omamné látky či látky snižující pozornost (toto platí i pro veškeré návštěvníky laboratoře)
- v případě, že opouští laboratoř jako poslední – přesvědčit se, zda jsou uzavřeny všechny přívody energie a vody (pokud se nejedná o zařízení s trvalým průtokem vody) a zda je pracoviště v požárně nezávadném a bezpečném stavu, zkontrolovat uzavření/uzamčení oken a dveří.

IX.

Závěrečná ustanovení

I. úplné znění opatření děkana č. 27/2007, ve znění opatření děkana č. 2/2020

opatření: platnost: 22.11.2007

účinnost: 22.11.2007

I.ÚZ: platnost: 3.3.2020

účinnost: 6.3.2020

1. Přednosta Fyziologického ústavu a přednosta II. interní kliniky-kliniky kardiologie a angiologie jsou povinni neprodleně a prokazatelně seznámit s tímto opatřením dotčené zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jimi řízené pracoviště a kteří tímto opatřením mohou být dotčeni.
2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 22.11.2007

Prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA