




VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
913/20120001

VYŘIZUJE/LINKA
Vacková/ 4338

PRAHA
13. 1. 2012

V Ě C

Poptávka - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka):

„Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD“

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36
Týká se: 1. lékařské fakulty
Adresa: Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kontaktní osobou zadavatele je:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc., Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2, č.tel.: 224 967 181, e-mail: mbali@lf1.cuni.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

1

2.1. Věcný rozsah

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka) je dodávka zboží: „**Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD**“ CPV: **38432210**, dle následující specifikace (včetně souvisejících a dále uvedených plnění):

Minimální technické parametry:

Plynový chromatograf (GC)

- Operační teplota termostatu v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až max. 450°C
- Rychlost ohřevu termostatu až 120°C/min
- Maximální doba chlazení z teploty 450°C na 50°C je 4 min
- Nastavení teploty min. v sedmi rampách a osmi prodlevách

Split/splitless injektor

- Plně elektronicky kontrolován průtok/tlak
- Nastavení provozní teploty až do 400 °C s krokem 1°C

Automatický dávkovač

- Stanice pro oplach jehly mikrostříkačky s možností použití dvou různých roztoků
- Kapacita min. 16 vialek o objemu 2 mL
- Možnost dávkování až 100 µL vzorku
- Rychlost nástřiku min 5000 µL/min
- Opakovatelnost nástřiku < 0,5 % RSD

Hmotnostní spektrometr (MSD)

- Detektor na bázi jednoduchého kvadrupolu s min. EI ionizací
- Turbomolekulární vakuová pumpa
- Inertní iontový zdroj s vyhříváním do min. 300°C
- Iontový zdroj vybaven dvojicí vláken
- Měřicí rozsah kvadrupolu min. 2 až 1050 m/z
- Rychlost skenování min. 10 000 m/z/sec
- Simultánní SIM/SCAN mód
- Minimální Dwell time v SIM je 1 ms:
- Minimální deklarovaná citlivost přístroje v EI Scan (He): 1 pg/ul oktafluornaftalenu (pro ion m/z 272 při záznamu hmotnostního rozsahu m/z 50-300) poskytne signál s hodnotou signál/šum (S/N) minimálně 450:1

Vyhodnocovací software

- Software pro diagnostiku a monitorování GC/MSD
- Pracuje v prostředí Windows Xp, Vista, Win 7
- Protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů
- Možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)
- Knihovna MS spekter Maurer/Pfleger/Weber 2011
- Min 5 licencí pro off-line vyhodnocování naměřených výsledků

Další příslušenství

- Laboratorní stůl
- Připojení na rozvody nosného plynu He včetně regulačního ventilu
- Excel
- Spotřební materiál pro rozběhnutí systému

Bodované technické parametry (v rámci dílčího hodnotícího kritéria b) - Jakostní a funkční vlastnosti přístrojů a snadnost obsluhy):

Technické parametry a doplňky zaručující nejvyšší výkon a kvalitu a umožňující co nejširší rozsah aplikačních možností:

Chromatografické charakteristiky systému

Přesnost EPC nastavení tlaku v rozsahu 0.000 - 99.999 psi

min. 0.001 psi pro vysokou přesnost a reprodukovatelnost

Ano/Ne 20%

Opakovatelnost nástřiku < 0,3 % RSD

Ano/Ne 10%

Hmotnostní spektrometr na bázi jednoduchého kvadrupolu

Maximální provozní teplota pro vyhřívání kvadrupol 200 °C

Ano/Ne 30%

Citlivost přístroje definovaná jako S/N: EI Scan (He):

oktafluoronaftalen 1 pg/ul, scan v rozsahu 50-300 u pro ion m/z 272

min. 600:1

Ano/Ne 20%

Teplota inertního iontového zdroje min. 350°C s možností

automatického tepelného čištění

Ano/Ne 20%

Celá GC/MSD sestava musí být od jednoho výrobce a dodavatele z důvodu jednotné softwarové platformy pro snadnou obsluhu a dále pak z důvodu poskytování záruky a servisních služeb na všechny přístroje jednou dodavatelskou firmou působící na území ČR.

Je požadováno nadstandardní/pokročilé vícedenní SW/HW zaškolení min. pro 2 osoby.

Dodavatel je povinen v rámci předložené nabídky doložit a garantovat nabízené technické parametry předložením oficiálních veřejných specifikací výrobce systému.

Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava předmětu plnění do místa plnění, instalace předmětu plnění v místě plnění, otestování a úspěšné odzkoušení předmětu plnění a zaškolení obsluhy ve výše požadovaném rozsahu.

2.2. Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena do Kč : **1 828 000,00 Kč bez DPH**

2.3. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč zahájil plnění veřejné zakázky **do 2 týdnů** od uzavření příslušné smlouvy a dokončil plnění nejpozději **do 4 týdnů** od uzavření příslušné smlouvy.

Konkrétní dobu plnění uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

Závazek uchazeče (dodavatele) je splněn dodáním předmětu plnění, jeho instalací v místě plnění, jeho otestováním, úspěšným odzkoušením, zaškolením obsluhy a převzetím bezvadného plnění zadavatelem na základě Přijímacího a instalačního protokolu podepsaného zadavatelem a uchazečem (dodavatelem).

2.4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je:

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, oddělení Toxikologie, Ke Karlovu 2, Praha 2. Za zadavatele je předmět veřejné zakázky oprávněna převzít a Přijímací a instalační protokol podepsat doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

2.5. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky.

Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče.

a) Platební podmínky

Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně.

Úhrada za předmět plnění veřejné zakázky bude uchazečem fakturována po řádném dodání předmětu plnění, jeho instalaci v místě plnění, jeho otestování a úspěšném odzkoušení a převzetí bezvadného plnění zadavatelem. Úhrada bude zadavatelem provedena na základě vybraným uchazečem vystaveného daňového dokladu (faktury).

Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 30 dnů od jejího doručení zadavateli.

b) Smluvní pokuty

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální úrovně smluvních pokut za případná nedodržení smluvních závazků do návrhu smlouvy.

Název položky	Minimální hodnoty
Smluvní pokuta při nedodržení závazného termínu dokončení plnění (v nominální částce ve výši rovnající se minimálně % z ceny předmětu plnění) za každý den prodlení	0,2
Smluvní pokuta za prodlení při odstranění záručních vad za každý den prodlení	1.000,- Kč

c) Záruční doba

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální délky záruční doby do návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby **24 měsíců**.

d) Servisní zajištění

Pro dodaný předmět plnění musí být zajištěn servis tak, aby v případě výskytu vady (poruchy) v záruční i pozáruční době bylo pracoviště zadavatele, na kterém je předmět plnění umístěn, navštíveno servisním technikem nejpozději **do 24 hodin** od reklamace závady respektive od oznámení závady a vznesení požadavku na její odstranění (opravu), závada specifikována, a v případě jednoduché vady (poruchy) ihned odstraněna.

V případě výskytu závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí, požaduje zadavatel jejich dodání včetně odstranění vady **do 2 týdnů** od reklamace závady respektive od oznámení závady a vznesení požadavku na její odstranění.

Předmět plnění musí být dále zajištěn po stránce náhradních dílů nejméně **po dobu 10 let** od dokončení plnění.

Dodavatel musí být výrobcem předmětu plnění autorizován pro provádění záručních i pozáručních oprav.

Uchazeč prokáže tyto obchodní podmínky zadavatele zapracováním výše uvedených servisních podmínek do návrhu smlouvy.

2.6. Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně všech příloh. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či jeho statutárním orgánem nebo

osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

Návrh smlouvy musí dále obsahovat závazek dodavatele, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou hrazeny náklady na předmět veřejné zakázky, provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky.

2.7. Lhůta pro podání nabídek včetně adresy, na kterou mají být posílány

Nabídky včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě je možno podávat osobně do podatelny Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po-Čt od 08:00 hod do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 a Pá od 8:00 do 12:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě rovněž doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08 a to nejpozději do : **26.1.2012, do 15:00 hodin** na výše uvedenou adresu zadavatele. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně a to v řádné a uzavřené obálce, označené „Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD“ a nápisem „NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“.

2.8. Lhůta pro vyhodnocení nabídek

Lhůta pro vyhodnocení nabídek končí dnem: **2.2.2012**

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

3.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením.

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel takto:

- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, popř. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku.

3.3. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:

- předložením kopie certifikátu dodavatele - systém řízení jakosti ISO 9001,
- předložením kopie certifikátu/dokladu o autorizaci dodavatele výrobcem pro prodej a servis v ČR.

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti a následujících dílčích kritérií:

- | | |
|--|-----|
| a) Výše nabídkové ceny – váha | 50% |
| b) Jakostní a funkční vlastnosti přístrojů a snadnost obsluhy,
váha | 40% |
| c) Délka záruční doby a servisní podmínky – váha | 10% |

V rámci kritéria b) bude zvažováno kvalitativní splnění vlastností a parametrů vyjmenovaných v části 2.1. Předmět veřejné zakázky.

V rámci kritéria c) bude zvažována délka záruční doby a servisní podmínky prezentované dle požadavků v části 2.5. Obchodní podmínky odstavců c) a d).

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče (analogicky dle § 79 odst. 6 zákona).


5. Další podmínky veřejné zakázky

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
2. Uchazeči sami ponese veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
3. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky a zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na veřejné zakázce uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě.
6. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká smluvní vztah k zadavateli, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy, jejích změnách a upřesnit její konečné znění.
7. Zadavatel nepostupuje podle § 26 odst. 5 věta druhá zákona, přestože v této výzvě odkazuje analogicky na některá ustanovení zákona.
8. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně zasíláno pouze vítěznému uchazeči, jeho elektronická verze bude uveřejněna na stránkách www.lfl.cuni.cz, oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky.

V Praze dne:

13 -01- 2012



Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
DĚKANÁT
Kotěvská 32, 121 08 Praha 2
IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208
34