

Univerzita Karlova v Praze

1.lékařská fakulta

Děkanát

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
913/20080024

VYŘIZUJE/LINKA
Trávníčková/4583

PRAHA
17. 10. 2008

V Ě C

Poptávka - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka):

Laboratorní autokláv

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, PSČ 116 36
Týká se: 1. lékařské fakulty
Adresa: Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zaměstnanci fakulty jím k jednání zmocnění.

Kontaktní osobou zadavatele je: MUDr. Jan Pláteník, PhD., tel.: +420 224964275 ,
e-mail: jan.platenik@lf1.cuni.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Věcný rozsah

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka) je Laboratorní autokláv – 1 ks, CPV: 33191110-9 s těmito parametry:

Vertikální samostatně stojící laboratorní autokláv, vnitřní objem nejméně 50 l, s vlastním vývinem páry, použitelný pro parní sterilizaci:

1) pomůcek z plastů, kovu, pryže apod. zabalených do lukasteriku, nebo špiček v krabičkách,

2) uzavřených nebo polozavřených lahví s roztoky,

3) dekontaminaci materiálu (sérologických pipet apod.) z tkáňových kultur.

Základní postup sterilizace bude 121 °C po dobu 30 minut, ale zadavatel požaduje, aby přístroj nabízel více možností nastavení teploty a času. Vzduchové chlazení po sterilizaci je výhodou jen tehdy, pokud jde zároveň o sušení. Přístroj musí mít oddělené zásobníky nové a použité destilované vody, komora autoklávu a zásobníky na vodu musí jít snadno a úplně vyčistit a voda vyměnit (zvláště důležité pro sterilizaci polozavřených lahví s roztoky). Za obecně důležité parametry dále zadavatel považuje spolehlivost, jednoduchost a robustnost ovládání, a dostupnost servisu v případě jakýchkoliv problémů.

Součástí plnění veřejné zakázky je i instalace všech komponent předmětu plnění v místě plnění, otestování a odzkoušení předmětu plnění a zaškolení obsluhy.

2.2. Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH 210 000 Kč (250 000 Kč vč. DPH)

2.3. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky do 1 měsíce po uzavření příslušné smlouvy a dokončení do 14 dnů od zahájení plnění. Závazek uchazeče (dodavatele) je splněn dodáním předmětu plnění, jeho instalací v místě plnění, jeho otestováním, odzkoušením a převzetím bezvadného plnění zadavatelem na základě Přijímacího a instalačního protokolu podepsaného zadavatelem a uchazečem (dodavatelem).

2.4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je: Ústav lékařské biochemie 1.LF UK, Kateřinská 32, 121_08 Praha 2, druhé patro, umývárna (místnost č. 11).

2.5. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou stanoveny jako minimální a uchazeči

tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče.

a) Platební podmínky

Zadavatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně.

Úhrada za předmět plnění veřejné zakázky bude uchazečem fakturována po jeho řádném dodání, instalaci v místě plnění a převzetí bezvadného plnění zadavatelem na základě vybraným uchazečem vystavené faktury.

Splatnost faktury (účetního dokladu) bude 30 dnů od jejího doručení zadavateli.

b) Smluvní pokuty

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální úrovně smluvních pokud za případná nedodržení smluvních závazků do návrhu smlouvy.

Název položky	Minimální hodnoty
Smluvní pokuta při nedodržení závazného termínu dokončení plnění (minimálně % z ceny předmětu plnění) za každý den prodlení	0,2
Smluvní pokuta za prodlení při odstranění záručních vad za každý den prodlení	1.000,- Kč

c) Záruční doba

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele zapracováním níže uvedené minimální délky záruční doby do návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby 24 měsíců.

d) Servisní zajištění

Po dodání do laboratoře musí být zajištěna instalace přístroje a zaškolení obsluhy pracovníkem výrobce. Pro dodaný přístroj musí být zajištěn servis tak, aby případná oprava v záruční i pozáruční době byla dodavatelem provedena nejpozději do **jednoho týdne** od reklamace závady respektive od oznámení závady a vnesení požadavku na opravu.

2.6. *Návrh smlouvy*

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh kupní smlouvy včetně všech případných příloh. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

Uchazečem předložený **návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.**

Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.

2.7. Lhůta pro podání nabídek včetně adresy, na kterou mají být posílány

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě je možno podávat osobně do podatelny Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, a to v pracovních dnech v úředních hodinách Po-Čt od 08:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 do 15:00 hod., Pá od 08:00 do 12:00 hod.

Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace v listinné podobě rovněž doporučeně poštou na adresu Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08 a to nejpozději do **7.11. 2008..... 14:00 hodin** na adresu zadavatele. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně a to v řádné a uzavřené obálce, označené **„Laboratorní autokláv“ a nápísem „NEOTEVÍRAT!“**.

2.8. Lhůta pro vyhodnocení nabídek

Lhůta pro vyhodnocení nabídek končí dnem **10.11.2008**

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

3.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona a to čestným prohlášením.

3.2. Profesionální kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel takto:

a) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, popř. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku.

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:

- a) Jakostní a funkční vlastnosti přístroje - váha 80%
- b) Výše nabídkové ceny - váha 20%

V rámci kritéria a) bude zvažováno kvalitativní splnění vlastností a parametrů vyjmenovaných v části 2.1. Předmět veřejné zakázky.

Další podmínky veřejné zakázky

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
2. Uchazeči sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
3. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání nabídky a zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
5. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude písemně zasíláno pouze vítěznému uchazeči, jeho elektronická verze bude uveřejněna na stránkách www.lf1.cuni.cz, oddíl úřední deska, oddíl veřejné zakázky.



Mgr. Marta Mengerová
vedoucí grantového odd. 1. LF UK